ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТОВ"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 109316, проспект Волгоградский, дом 42, корпус 5, Эт 1 пом I Ком 6.4-23н, основной государственный регистрационный номер: 1027200790198, номер телефона: +74951364188, адрес электронной почты: ceotzmoi@pharmstd.ru

в лице Генерального директора Просвирякова Александра Владимировича

заявляет, что Стерилизаторы паровые: Стерилизатор паровой прямоугольный двухдверный с автоматическим управлением ГПД-400-2-"ТЗМОИ" (в комплектации с тележкой с загрузочными контейнерами), стерилизатор паровой прямоугольный с автоматическим управлением ГП-400-2-"ТЗМОИ" (в комплектации с тележкой с загрузочными контейнерами) по ТУ 9451-099-12517820-2007

изготовитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТОВ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Москва, 109316, проспект Волгоградский, дом 42, корпус 5, Эт 1 пом I Ком 6.4-23н.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 9451-099-12517820-2007.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8419200000. Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 2020.D-57.02СР от 25.02.2020 года, выданного Общество с ограниченной ответственностью Испытательный лабораторный центр "МедТестПрибор", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21МП26.
Схема декларирования 3д

Дополнительная информация

ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний. Срок службы 10 лет указан изготовителем в документации на продукцию. Условия хранения стерилизаторов – по условиям хранения 2 ГОСТ 15150. Гарантийный срок хранения изделия - 18 месяцев со дня изготовления.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.03.2025 включительно

М.П.

(подпись)

Просвиряков Александр Владимирович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АБ69.В.03028/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 18.03.2020